

銚子市清掃センター固化灰の放射能測定結果

- 1 試料名 銚子市清掃センター固化灰
- 2 採取年月日 平成28年8月16日(火)
- 3 採取場所 銚子市西小川町4839番地 銚子市清掃センター
- 4 測定日 平成28年8月16日(火)
- 5 測定結果

測定核種	測定結果 (Bq/kg)		備考
放射性ヨウ素 (^{131}I)	不検出		「不検出」は検出下限値(4Bq/kg)を超えないことを意味する。
放射性セシウム (^{134}Cs)	19	計 142	
放射性セシウム (^{137}Cs)	123		

- 6 測定方法 ゲルマニウム半導体検出器を用いたガンマ線スペクトロメトリーによる核種分析法(文部科学省放射能測定法シリーズ7「ゲルマニウム半導体検出器によるガンマ線スペクトロメトリー」(平成4年8月)に準拠)
- 7 測定機関 (一財)千葉県薬剤師会検査センター
- 8 測定機器 CANBERRA社製 Ge半導体検出器 GR2021 ISOCS/LabSOCS
- 9 その他 今後も測定はごみ質の変化を考慮しながら実施します。